DENTEQ

Zakres czynności wykonywanych podczas rocznego przeglądu technicznego unitu Planmeca Compact i

Przegląd techniczny powinien być przeprowadzany raz do roku przez autoryzowany serwis, zakończony wpisem w paszporcie technicznym.

1. Ramiona konsoli:

Ramię OP

- sprawdzenie pracy ramienia
- hamowanie i balans
- dostosowanie hamulca dociskowego i sprężyny naciągającej

Ramię SD

- sprawdzenie pracy ramienia
- dostosowanie hamulca dociskowego

2. Ramiona ssaka:

Ramię Ergo, ramię nastawne

- sprawdzenie ruchów ramienia i dostosowanie hamulca

3. Konsola narzędziowa:

Kolektor oleju

- czyszczenie kolektora

Ramiona instrumentów

- sprawdzenie stanu ramion
- wymiana jeśli potrzeba

Rękawy

- sprawdzenie stanu rękawów – wymiana jeśli potrzeba
- sprawdzenie stanu szybkozłączek
- sprawdzenie stanu uszczelek – wymiana jeśli potrzeba

Denteq s.c. Bogusław Szpakowski, Robert Wydorski
ul. Łukowa 1/33, 02-767 Warszawa
NIP PL 5213486182, REGON 141444644
Sprzedaż i Serwis
ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa
Tel. +48 602 481 317, +48 606 887 172
Biuro: 22 258 58 06
e-mail: denteq@denteq.pl, www.denteq.pl

Autoryzowany Serwis Sprzętu:

PLANMECA DÜRR DENTAL MELAG

- sprawdzenie szczelności
- sprawdzenie czy otwór na zewnętrznej części rękawa jest widoczny

Panel kontrolny

- sprawdzenie czy działają wszystkie przyciski
- sprawdzenie stanu wyświetlacza

Multiplexer

- wymiana zaworu wody
- wymiana membran kontrolnych
- wymiana o-ringów w razie potrzeby

4. Narzędzia:

Strzykawko-dmuchawka

- czyszczenie końcówki

Turbina

- sprawdzenie ciśnienia powietrza napędowego
- sprawdzenie napięcia żarówki
- sprawdzenie o-ringów. Wymiana dwa razy do roku
- smarowanie

Micromotor

- sprawdzenie napięcia żarówki
- sprawdzenie o-ringów. Należy je wymieniać dwa razy do roku
- smarowanie

5. Sterownik nożny:

Pedał

- sprawdzenie pracy pedału (czy pedał wciska się płynnie)
- sterowanie fotelem – czy działa prawidłowo
- kalibracja pedału

6. Blok higieniczny:

Regulator wody

- wymiana filtra i membrany
- czyszczenie i smarowanie wkładu
- sprawdzenie szczelności

Regulator powietrza

- wymiana filtra i membrany

Zespół filtra wody

- wymiana filtra

Sprawdzenie wyłączników bezpieczników

Misa

- sprawdzenie obudowy filtra – wymiana jeśli potrzeba
- kontrola napełniania kubka wodą i podnoszenie misy
- sprawdzenie mikroprzekaźnika misy

Sprawdzenie ciśnienia wody i powietrza wewnętrznego – moduł serwisowy 38

Silnik podnoszący

- sprawdzenie ruchów góra, dół
- czyszczenie i smarowanie ślimaka. Sprawdzenie pod kątem przecieków i ew. rdzewienia

7. Fotel:

Silnik oparcia

- sprawdzenie pracy silnika
- czyszczenie i smarowanie ślimaka

Sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa

Tapicerka – sprawdzenie mocowania tapicerki

8. System ssący:

- Przewody ssące

Denteq s.c. Bogusław Szpakowski, Robert Wydorski
ul. Łukowa 1/33, 02-767 Warszawa
NIP PL 5213486182, REGON 141444644
Sprzedaż i Serwis
ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa
Tel. +48 602 481 317, +48 606 887 172
Biuro: 22 258 58 06
e-mail: denteq@denteq.pl, www.denteq.pl

Autoryzowany Serwis Sprzętu:
PLANMECA DÜRR DENTAL MELAG

- otwarcie i czyszczenie dyszy ssących
- sprawdzenie stanu węży
- wykonanie ewentualnej kalibracji

  Filtr wstępny

- wymiana jeśli jest taka potrzeba

  Kolektor amalgamatu

- kontrola czy pracuje prawidłowo
- w razie potrzeby wymiana

  System ssący Microvac II

- wymiana membran
- sprawdzenie szczelności

9. Lampa operacyjna:

- czyszczenie osłony lampy
- sprawdzenie czy strumień światła jest ustawiony centralnie
- sprawdzenie balansu ramienia lampy

10. System oczyszczania wody:

- sprawdzenie pracy systemu

11. System czyszczenia ssaków:

- sprawdzenie kalibracji czasu napełniania

12. System oczyszczania torów wodnych:

- regulacja ciśnienia

13. Systemy wodne:

- sprawdzenie i regulacja czujników oraz przepływu wody
- wymiana filtra głównego

14. Mechaniczna stabilizacja:

- wizualna (bez demontażu) kontrola

- sprawdzenie śrub montowanych do podłogi
- kontrola śrub silnika podnoszącego
- sprawdzenie śrub fotela (również wewnętrznych)
- sprawdzenie śrub ramion konsoli

Denteq s.c. Bogusław Szpakowski, Robert Wydorski
ul. Łukowa 1/33, 02-767 Warszawa
NIP PL 5213486182, REGON 141444644
Sprzedaż i Serwis
ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa
Tel. +48 602 481 317, +48 606 887 172
Biuro: 22 258 58 06
e-mail: denteq@denteq.pl, www.denteq.pl

Autoryzowany Serwis Sprzętu:
PLANMECA DÜRR DENTAL MELAG